



**A.S.L. V.C.O.**  
Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

**DELIBERAZIONE N. 1177 del 11 LUGLIO 2017**

**ALLEGATO A**

**TRUMPF MED**  
ITALIA



Nr. Offerta OC-17/00265 del 17 Maggio 2017

Spett.le  
A.S.L. V.C.O.  
Via Mazzini, 117  
28887 OMEGNA  
Italy

Offerta Economica OC-17/00265	17 Maggio 2017
Vs. riferimento LETTERA INVITO	07 Aprile 2017
CIG: 7039922769	CUP:

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, 2°  
COMMA, LETTERA B) DEL D.LGS 18.4.2016 N. 50  
FORNITURA DI N. 8 STATIVI PENSILI PER  
RIANIMAZIONE/UTIC P.O. DI VERBANIA  
(N.RO GARA 6714863 – CIG 7039922769)**

**Offerta Economica**

Progetto:

Eventuali ordini dovranno essere intestati a:

**Trumpf Med italia S.r.l.**

Trumpf Med italia S.r.l. Via Cesare Battisti 31/C  
Tel. 0498843800 - Fax 0498841124 - Email areaclienti@it.trumpfmedical.com



**TRUMPF MED**  
ITALIA



Nr. Offerta OC-17/00265 del 17 Maggio 2017

**N. 8 STATIVI PENSILI TRUPOINT 5000 - 1465 PER UTIC  
DESTINATI ALLA NUOVA RIA/UTIC – PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA**

Q.tà	Codice	Descrizione
<b>SISTEMA DI ANCORAGGIO E KIT INTERFACCIA TRUPOINT</b>		
1	M22 UNIVERSAL E	<b>PIASTRA PER ANCORAGGIO SOFFITTO STATIVO PENSILE</b>  <i>Piastra di ancoraggio universale a soffitto, spessore 25mm, preforata. 580x580mm</i>
2	CP	<b>CONTROPIASTRA PER ANCORAGGIO SOFFITTO STATIVO PENSILE</b>  <i>Contropiastra a soffitto per pensile. Ancoraggio a sandwich su solaio.</i>
1	0337311	<b>PIASTRA INTERFACCIA STANDARD</b>  <i>Piastra interfaccia standard con sistemi di allacciamento gas medicali, alimentazione elettrica e bassa tensione</i>
8	0337111	<b>UNITA' DISTANZIATORE M 22 / 331-1200</b>  <i>Unità distanziatore in alluminio esagonale M22 con dado di regolazione. Per fissaggio tra piastra di ancoraggio e flangia dello stativo pensile. Distanze di controsoffitto 331-1200 mm</i>
<b>STATIVO PENSILE TRUPOINT 5000 – 1465</b>		
1	0337323	<b>SISTEMA FLANGIA TANDEM ML/HL200</b>  <i>Flangia per stativo pensile Tandem.</i>



**TRUMPF MED**  
ITALIA



Nr. Offerta OC-17/00265 del 17 Maggio 2017

1      0337174      **CARTER TANDEM 640 X 640 X 100**  
*Carter di copertura a soffitto per sistemi pensili tandem  
dimensioni 640x640x100 mm*

1      0337335      **FRENO PNEUMATICO SNODO ML SOPRA E AL  
CENTRO**  
*Freno pneumatico. il sistema pneumatico è normalmente in  
depressione e l'aria tecnica di movimentazione entra nel  
circuitto frenante solo quando avvengono le attività di  
movimentazione. Questo sistema garantisce in caso di  
mancanza di aria o avaria del sistema frenante che la  
struttura del pensile non si muova in maniera involontaria  
creando problemi di sicurezza all'interno delle sale  
operatorie.*

1      1638893      **TRUPORT 5000 - 1465**  
*TruPort 5000 - 1465 - Sistema a 2 bracci movimento  
orizzontale con lunghezza utile di 865 + 600 mm  
interamente costituito in estruso di alluminio caldo. Il raggio  
di azione per ogni snodo è di 330° con dispositivo di fine  
corsa regolabile a step di 12°.*

**TESTATA TECNICA TRUPORT**

1      1636193      **TRUPORT L TESTATA TECNICA**  
*Testata tecnica Truport M: dimensioni 310 mm x 310 mm.  
La testata tecnica TruPort è costituita da un sistema  
modulare a pannelli intercambiabili che permette  
l'incremento delle utenze elettriche e gas anche  
successivamente alla messa in funzione senza modificare la  
struttura dello stativo pensile. L'implementazione avviene  
in tempi veloci senza necessariamente interrompere  
l'alimentazione generale allo stativo pensile.*

1      1636255      **TESTATA TECNICA LUNGHEZZA 1000**  
*Testata tecnica lunghezza 1000 mm  
E' possibile aggiungere, riposizionare piattaforme, cassette  
e accessori vari, nell'unità tecnica anche in un secondo  
momento senza l'ausilio di attrezzi grazie all'utilizzo del  
sistema di aggancio ComfortLine alle cremagliere presenti  
sui 4 lati della testata tecnica e su tutta la sua lunghezza.*



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

**DELIBERAZIONE N.**

**del**

**TRUMPF MED**  
ITALIA



Nr. Offerta OC-17/00265 del 17 Maggio 2017

1	1851042	<b>PIATTAFORMA 530 X 480 ML</b> <i>Piattaforma dimensioni 530x480 mm: completa di interfaccia per aggancio ComfortLine per riposizionamento della piattaforma, sui 4 lati e su tutta la lunghezza della testata tecnica, senza ausilio di attrezzatura tecnica anche da parte degli utilizzatori.</i>
1	1851208	<b>MANIGLIA PER PIATTAFORMA ML</b> <i>Maniglia ergonomica per la movimentazione del sistema pensile posizionata sul fronte della piattaforma principale ML</i>
1	1851210	<b>BARRE NORMALIZZATE PER PIATTAFORMA</b> <i>Barre normalizzate DIN laterali 25x10 mm per piattaforme ML</i>
3	1636435	<b>BRACCIO SINGOLO COMFORTLINE</b> <i>Braccio singolo ComfortLine: incl. Interfaccia ComfortLine per installazione di:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- asta Ø 25 mm</li><li>- asta telescopica Ø 25 mm</li></ul> <i>eletttricamente conduttivo lunghezza 1 x 200 mm</i>
3	0337073	<b>ASTA 1300 X 25 MM</b> <i>Asta porta pompe 1300 x 25 mm</i>
6	0337026	<b>GANCIO SINGOLO PER SACCHE INFUSIONALI</b> <i>Gancio singolo per sacche infusionali. Acciaio inox</i>
1	1819476	<b>SUB-TESTATA TRUPORT 400MM</b>
1	0337292	<b>BARRA NORMALIZZATA PER SUBTESTATA</b> <i>Barra normalizzata per subtestata</i>

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola**DELIBERAZIONE N.****del****TRUMPF MED**  
ITALIA

Nr. Offerta OC-17/00265 del 17 Maggio 2017

1	D13.201.00 0	LAMPADA HALUX 50 P FX (SERVE IL MORSETTO D13.269.000)
1	D13.269.00 0	MORSETTO PER FISSAGGIO A BARRA
DOTAZIONE UTENZE ELETTRICHE, DATI E GAS MEDICALI		
8	1853743	PRESA ELETTRICA SINGOLARMENTE PROTETTA (M- RAIL)
8	1853802	CONNESSIONE PRESA ELETTRICA (M - RAIL)
4	1853725	SISTEMA ELETTRICO PER TESTATA TECNICA TRUPORT (M-RAIL) <i>Cavo elettrico 4 x 2,5qmm max. 20A. Installazione su testate TruPort</i>
8	1638286	PIN EQUIPOTENZIALE <i>Preso di messa a terra nelle seguenti versioni: Modulo S: 4 pin di connessione diam. 4 mm Modulo L: 8 pin di connessione diam. 4 mm"</i>
2	0337179	PRESA GAS OSSIGENO
2	0337180	PRESA GAS ARIA MED. 3-5 BAR.
2	0337182	PRESA GAS VUOTO
5	0337086	VALVOLA D'ARRESTO PER TUBO GAS <i>Valvola d'arresto per tubo gas - installata sulla piastra interfaccia</i>



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

**DELIBERAZIONE N.**

**del**

**TRUMPF MED**  
ITALIA



Nr. Offerta OC-17/00265 del 17 Maggio 2017

1	0337099	<b>CANALIZZAZIONE VUOTA AD 28,5 (ID 20,5)</b> <i>Canalizzazione vuota per bassa tensione completa di sonda di trazione diam. 28,5 mm dalla flangia di sistema per testata tecnica</i>
1	0337222	<b>INSTALLAZIONE BASSO VOLTAGGIOES: RJ45; PRESE BNC; S_VIDEO.</b> <i>Installazione componenti basso voltaggio es: RJ45; Prese BNC; S_Video.</i>
1	1714358	<b>PREPARAZIONE PER BASSA TENSIONE</b>
1	1908302	<b>CARRELLO PER VENTILATORE POLMONARE</b>

<b>PREZZO UNITARIO PER LA FORNITURA DI N. 1 STATIVO PENSILE TRUPOINT 5000 - 1465 PER UTIC:</b>	<b>€ 13.658,00</b> tredicimilaseicento cinquantotto/00
--	--

<b>PREZZO TOTALE PER LA FORNITURA DI N. 8 STATIVI PENSILI TRUPOINT 5000 - 1465 PER UTIC:</b>	<b>€ 109.264,00</b> centonovemiladuecento sessantaquattro/00
--	--

Oltre l'IVA di legge 22%