



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N. 77 del 31/01/2017

Regione Piemonte

S.O.C.

ACQUISTI, TECNOLOGIE, INGEGNERIA CLINICA, RETI (AUDIO-VIDEO-INFORMATICA)

Direttore dott. Federico Bonisoli

**O
G
G
E
T
T
O**

**FORNITURA, MEDIANTE RDO MEPA DI N. 1 CARDIOTOCOGRFO – MONITOR
FETALE DESTINATO ALLA S.O.C. OSTETRICIA
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA.-**



AUTORIZZAZIONE 2017 - PROPRIETA'

al N. 217 _____ conto 1.12.04.11

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

SUB 15 _____ Spesa prevista € 9.150,00

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.C. Acquisti, Tecnologie, Ingegneria Clinica, Reti (Audio-Video-Informatica).

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento.

Data 31 /01/2017

Il Direttore S.O.C. Acquisti, Tecnologie,
Ingegneria Clinica, Reti
(Audio – Video – Informatica)
Responsabile del Procedimento
(dott. Federico Bonisoli)



**IL DIRETTORE S.O.C. ACQUISTI, TECNOLOGIE, INGEGNERIA
CLINICA, RETI (AUDIO – VIDEO - INFORMATICA)**

“ Al fine di soddisfare emergenti necessità aziendali, in aderenza a relativa e specifica richiesta espressa dal Direttore Responsabile interessato ed autorizzato dalla Direzione Generale nel mese di Settembre 2016, si rende necessario procedere all’acquisizione di:

N. 1 CARDIOTOCOGRFO – MONITOR FETALE

Destinato alla:

**Struttura Organizzativa Complessa OSTETRICIA
Presidio Ospedaliero di VERBANIA (c.d.c. H 1C X0)**

Dovendosi ora procedere negli adempimenti di rito per addivenire all’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di cui trattasi, premesso che:

- Si dà atto che l’acquisizione in argomento risulta avere carattere di urgenza in quanto trattasi di sostituzione di apparecchiatura esistente ma non più idonea e funzionante, tra l’altro non sono più disponibili le parti di ricambio, come da fuori uso del Servizio di Ingegneria clinica dell’Azienda Prot. 01/04/697 del 12.1.2016;

- L’acquisto di cui trattasi rientra nella vigente disciplina aziendale riguardante l’acquisizione di forniture di beni e servizi all’Azienda di valore inferiore alla soglia comunitaria, disciplinata dal Regolamento Provvisorio per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con deliberazione n. 237 del 10 giugno 2016;

- si dà atto che, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa), si è provveduto con RDO n. 1398267 del 10 novembre 2016, richiedere alle sottoelencate Ditte, proprie migliori offerte economiche per l’acquisto di cui trattasi;

- 3B SRL	10036 SETTIMO TORINESE
- BIOTRON SRL	12037 SALUZZO
- DRAEGER MEDICAL ITALIA	20094 CORSICO
- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	20126 MILANO
- MEDICA VALEGGIA CON SIGLA MEDIVAL	35129 PADOVA
- ON-OFF	10121 TORINO
- PHILIPS SPA	20052 MONZA
- SIDEM	20882 BELLUSCO
- SIFEM MEDICAL S.R.L.	90146 PALERMO

Imprese che hanno reso formale riscontro n. 2 e precisamente:

- 3B SRL	10036 SETTIMO TORINESE
- BIOTRON SRL	12037 SALUZZO

Tutte le altre ditte non avendo riscontrato si intendono rinunziatarie;

Dall’esame delle offerte, viene così a definirsi il seguente quadro di raffronto economico:

3B SRL	10036 SETTIMO TORINESE
Per un importo di spesa pari a € 6.920,00.= oltre all’IVA	



BIOTRON SRL 12037 SALUZZO
Per un importo di spesa pari a € 7.500,00.= oltre all'IVA

Ciò premesso:

- il fatto che l'offerta della ditta 3B SRL di Settimo Torinese, miglior proposta economica in sede di gara sia risultata non conforme alle prescrizioni tecniche poste a base concorsuale per il seguente motivo: "non vi è la possibilità di telemetria", giusta espressione del Responsabile destinatario di fornitura, al riguardo interpellato;

- che per contro l'offerta della ditta BIOTRON SRL di Saluzzo, seconda nella graduatoria delle offerte più economiche, trova corrispondenza tecnica con le caratteristiche e requisiti dei beni prescritti nei relativi atti di esperimento, così come favorevolmente confermato con espressione del Responsabile precitato, l'appalto in parola risulta pertanto aggiudicabile alla Ditta:

BIOTRON SRL 12037 SALUZZO
(Offerta conservata agli atti);

- trattandosi di acquisizione che avviene in ambito MePa, i requisiti contenuti nel D.U.R.C. della ditta in questione sono stati verificati – e vengono periodicamente controllati – da CONSIP in sede di ammissione e mantenimento della ditta di cui trattasi nel MePa medesimo.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°) di procedere, mediante acquisizione tramite RDO Me.Pa, giusti i richiami tutti in sede di premessa, all'acquisizione del seguente bene:

N. 1 CARDIOTOCOGRAFO – MONITOR FETALE SONICAID
Completo di Sonde Cardio Gemellari, Toco, marcatore di eventi, Ecg fetale e Ecg Materno, Analisi anteparto Oggettiva Dawes & Redman, Analisi Intraparto Trend

destinato alla:

S.O.C. OSTETRICIA
Presidio Ospedaliero di VERBANIA (c.d.c. H 1C X0)

per le attività proprie d'istituto, affidando la fornitura alla riportata Ditta ed alle condizioni esposte:

Ditta **BIOTRON SRL**
P.zza Cavour, 16
12037 – SALUZZO

offerta RDO Me.Pa n. 1398267 - Offerta n. 146 del 29.11.2016

bene secondo descrizione e caratteristiche tecniche esposte nella sopraccitata offerta conservata agli atti,

per complessivi euro 7.500,00

I.V.A. 22% euro 1.650,00

TOTALE euro 9.150,00



- 2°) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all'aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.
- 3°) Di imputare gli oneri di spesa discendenti dall'assunzione del presente provvedimento, che si confermano in complessivi euro 9.150,00.= al conto 1 12 04 11 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2017, che presenta sufficiente capienza.
- 4°) di dare mandato alla SOC Affari Generali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995".

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Data 31/01/2017

Il Direttore S.O.C. Acquisti, Tecnologie,
Ingegneria Clinica, Reti
(Audio – Video – Informatica)
Responsabile del Procedimento
(dott. Federico Bonisoli)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input checked="" type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	ORGANI PROTOCOLLO URP
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	ACQUISTI TECNOLOGIE ING. CLIN.
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>	ACQ. BENI SERV. LOGISTICA E SERV. ECON.
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	ATTIVITA' TECNICHE MANUTENZ.
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	MED.COMP	<input type="checkbox"/>	INFR. TECNOL. RETI E APPLICATIVI
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	GEST. ECON-FIN E PATRIMONIO
				<input type="checkbox"/>	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
				<input type="checkbox"/>	FORMAZIONE