



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato A)

SOC LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)
Sede Operativa Omegna Tel 0323 868192 Fax 0323
868151 e-mail :provveditorato@aslvco.it

Procedura negoziata per la fornitura di CAMICI CHIRURGICI STERILI.

Lotto unico

Caratteristiche tecniche dei prodotti

Camice chirurgico modello a protezione standard sterile:

- a) in tessuto TNT idrorepellente in trilaminato con un film intermedio traspirante almeno 50 gr/m²;
- b) barriera antibatterica e antivirale;
- c) corpo in un unico pezzo con le maniche attaccate al corpo del camice termosaldate o con altra tecnica di saldatura oppure con cuciture interne doppie e piatte;
- d) allacciatura con fettucce posizionate in modo da garantire la vestizione autonoma ed in modo aseptico dall'operatore;
- e) polsini in maglina elasticizzata;
- f) copertura della schiena totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione, da fianco a fianco, dei due lembi posteriori;
- g) chiusura del collo regolabile;
- h) lunghezza che garantisca la protezione delle gambe degli operatori al di sotto delle ginocchia;
- i) presenza nella confezione di almeno due telini con ottime proprietà assorbenti e di dimensione adeguata ad asciugare le mani;
- j) confezione in doppio involucro sterile facilmente apribile che garantisca l'asepsi del prodotto;
- k) misure: M, L, XL.

Fabbisogno per 3 mesi pari a circa 5.000 pezzi





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Camice chirurgico modello a protezione rinforzata sterile:

- I) tutte le caratteristiche del modello a protezione standard dalla lettera a) alla lettera k);
- m) confezionati con zone di rinforzo alle maniche e nell'area anteriore del corpo del camice con film plastico completamente impermeabile ai liquidi e al sangue, con i rinforzi fissati al camice senza cuciture.

Fabbisogno per 3 mesi pari a circa 4.500 pezzi

Condizioni essenziali per l'accesso alla procedura

Gli operatori interessati dovranno garantire, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le seguenti condizioni:

- tutti i dispositivi richiesti devono essere corredati di **scheda tecnica**;
- tutti i prodotti devono essere **conformi** ai requisiti stabiliti dalla direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici, attuata con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni ed essere conformi alla normativa UNI EN 13795;
- **consegna**, anche parziale, dei prodotti oggetto di gara, entro **quindici giorni lavorativi** dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura;

Omegna, 30 giugno 2020

IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA
E SERVIZI INFORMATICI
(dott. Federico Bonisoli)

FB/SS/ss



www.regione.piemonte.it/sanita