



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 1527 del 22/12/2022

OGGETTO: PNRR – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) "MISSIONE 6 SALUTE - M6C2 1.1.2. DGR N. 6-4630 DELL'11.02.2022 – DGR 21-5122 DEL 27.5.2022" - FORNITURA MEDIANTE TD MEPA DI INTEGRAZIONE PER SISTEMA TELECOMANDATO DIGITALE PRESSO OSPEDALE DI DOMODOSSOLA – CIG 8911474CF9 – CUP B69J21038580006.

STRUTTURA: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

RESPONSABILE STRUTTURA: MONETTI LIDIA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

L'estensore dell'atto: Baittiner Daniele

Il Responsabile del procedimento: Monetti Lidia

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

SOC LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI IL RESPONSABILE SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 1333 del 16/12/2021 si è provveduto all'acquisizione di n. 1 sistema di radiologia digitale diretta con tavolo telecomandato di marca SIREVIX Versione DR destinato al P.O. di Domodossola;
- con Determinazione n. 764 del 15/07/2022, ad integrazione della precedente, la suddetta fornitura è stata inserita nelle richieste di finanziamento previste nell'ambito del PNRR – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) "MISSIONE 6 SALUTE – M6C2 1.1.2. DGR N. 6-4630 DELL'11.02.2022 – DGR 21-5122 del 27.5.2022 – Scheda Agenas "Grande apparecchiatura 5" - CUP B69J21038580006 – con la seguente modalità attuativa dell'intervento: "Procedura di gara autonoma per l'affidamento della fornitura già espletata", validata dalla Regione Piemonte in data 17/02/2022, per un importo di € 200.000,00;
- con nota del 25/05/2022 depositata in atti, il Direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Terapie di Supporto ha rappresentato la necessità di procedere ad un completamento e aggiornamento della suddetta apparecchiatura, secondo la versione PF1, finalizzato ad una migliore gestione dei pazienti sottoposti ad esame radiologico;

CONSIDERATO CHE:

- l'Ingegneria Clinica ha valutato l'opportunità di procedere alla fornitura sopra descritta, il cui importo risulterebbe comunque rientrante nelle previsioni del finanziamento PNRR;
- con Trattativa Diretta n. 3163364 del 24/08/2022 svolta su piattaforma elettronica Mepa, si è provveduto a richiedere alla Società GMS MED S.R.L., con sede legale in Via Gaspare Gozzi, 1 Milano – 20129 – C.F. 10795130961, e già fornitrice del bene acquistato con determinazione n. 1333 del 16/12/21, la propria migliore offerta;
- entro i termini stabiliti del 06/09/2022, la Società GMS MED SRL, ha fornito la propria migliore offerta economica per il completamento e aggiornamento del precedente sistema alla versione PF1 come da scheda tecnica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 19.500,00 oltre IVA;
- con nota del 20/10/2022, depositata in atti, il Direttore della SOC Radiologia ha espresso il proprio parere favorevole relativo alla idoneità tecnica dell'attrezzatura offerta;
- con nota scritta del 02/11/2022, depositata in atti, il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica ha espresso il proprio parere favorevole relativo alla idoneità tecnica dell'offerta pervenuta;

VISTA la DGR 25-5186 del 14.06.2022 con cui la Regione Piemonte ha ripartito alle Aziende Sanitarie Regionali le risorse del PNRR, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, ed ha fornito indicazioni operative per il corretto espletamento delle procedure, tra cui anche quelle relative agli appalti, nel rispetto della normativa vigente;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D. Lgs.56/5017 con delibera del Consiglio n. 206 del marzo 2018;

RICHIAMATO l'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento in oggetto, destinato alla SOC Radiologia dello Stabilimento Ospedaliero San Biagio di Domodossola al fine di migliorare le prestazioni sanitarie erogate dalla suddetta Struttura;

ACQUISITE dall'operatore economico le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, redatte in conformità al modello DGUE, depositato in atti;

VISTA la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, a mezzo trattativa diretta (TD 3163364) espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il completamento e aggiornamento del Sistema di radiologia digitale diretta, con tavolo telecomandato, denominato 'SIREVIX Versione DR', alla versione PF1 come da scheda tecnica come da scheda tecnica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla società GMS MED S.R.L., con sede legale in Via Gaspare Gozzi, 1 Milano – 20129 – C.F. 10795130961 per un importo complessivo di € 19.500,00 IVA esclusa, pari ad € 23.790,00 IVA inclusa.
- 2) Di precisare che la suddetta fornitura viene ricompresa nella richiesta di finanziamento prevista nell'ambito del PNRR – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) "MISSIONE 6 SALUTE – M6C2 1.1.2. DGR N. 6-4630 dell'11.02.2022 – DGR 21-5122 del 27.5.2022 - Scheda Agenas "Grande apparecchiatura 5" - CUP B69J21038580006, con la seguente modalità attuativa dell'intervento: "Procedura di gara autonoma per l'affidamento della fornitura già espletata", validata dalla Regione Piemonte in data 17/02/2022.
- 3) Di stabilire che l'onere di spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione come segue:
Finanziamento: fondi PNRR – DGR 25-5186 del 14.06.2022 – Ripartizione risorse
Autorizzazione 2022/311 sub 2
Conto 1 12 08 11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022
Importo € 23.970,00 IVA 22% compresa.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 4) Di nominare Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) il Direttore della SOC Radiologia sede di Domodossola.
- 5) Di stabilire che, in caso di difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e acquisito dall'operatore economico le relative dichiarazioni redatte in conformità al modello DGUE, depositato in atti, l'ASL VCO risolverà di diritto il contratto in oggetto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; verrà, altresì, applicata una penale del 10% del valore del contratto.
- 6) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG n. 8911474CF9.
- 7) Di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995 e s.m.i.


Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

Cod.	Tipo doc.	Prodotto	Config.	Rev e data
DS001.PF1	Scheda tecnica prodotto	Sistema SIREVIX	VERBANIA	16 (25.08.22)

TAVOLO TELECOMANDATO – GMS mod. SIREVIX PF1

Caratteristiche principali:

Descrizione generale:	Tavolo telecomandato radiologico digitale, con stativo motorizzato a colonna e piano porta paziente ribaltabile, per l'esecuzione di esami Radiografici e Fluoroscopici sia con il paziente posizionato sul piano del telecomandato sia direttamente su barella radiotrasparente. L'estrema versatilità consente l'acquisizione anche di immagini di lungo formato (sia in posizione eretta che supina) e degli arti inferiori sotto carico. Funzionale ed intuitivo, garantisce semplicità d'uso ed ottima qualità dell'immagine acquisita. Possibilità di esami a contatto. 
Dimensioni piano porta paziente:	240 cm x 66 cm
Dimensioni area radiotrasparente:	228,4 cm x 50 cm
Massimo peso supportabile:	250 kg, anche in movimento
Alloggiamento detettore:	Fino a 43x43 cm Distanza piano porta paziente-detettore: 75 mm
Piano in fibra di carbonio:	Piano porta paziente in Fibra di Carbonio a basso assorbimento con equivalenza di 0,4 mmAl@100 kV
Rampe di accelerazione e decelerazione:	Movimentazioni dotate di rampe di accelerazione e decelerazione, per una tranquilla gestione del paziente. Posizioni di start, stop, azzeramento e fine corsa per tutti i movimenti comandati dai Joystick
Piano ribaltabile:	Ribaltamento del solo piano porta paziente da 0° a 90° (a scomparsa dalla zona di acquisizione), per effettuare esami a contatto (anche con tavola verticale) o su pazienti barellati o in carrozzina
Altezza min-max piano porta paziente:	50cm – 140cm da pavimento
Ribaltamento motorizzato variabile:	Tilt da + 90° a -90° con regolazione continua della velocità (con posizioni intermedie) ed autolimitazione elettronica programmabile. Possibilità di posizioni di Trendelenburg e anti-Trendelenburg.
Distanza del poggiapiedi da terra con tavolo in posizione verticale:	5 cm
Corsa laterale (trasversale) della tavola motorizzata:	30 cm (+18 / -12), con regolazione continua della velocità ed autolimitazione elettronica programmabile
Corsa longitudinale colonna:	180 cm con autolimitazione elettronica programmabile
Corsa longitudinale colonna e detettore accoppiati:	167 cm con regolazione continua della velocità e autolimitazione elettronica programmabile
Posizionamenti automatici:	No. 4 posizioni programmabili ed identificabili anche durante i movimenti di ribaltamento. Fermo automatico in posizione orizzontale (intenzionale)
Esplorabilità paziente:	Longitudinale: 210 cm senza riposizionamento del paziente Trasversale: totale
Obliquità colonna:	±45°, senza errore di parallasse, con velocità variabile e regolazione continua, autolimitazione elettronica programmabile
Angolazione supporto tubo radiogeno:	Sì, su asse orizzontale (tipo pendolazione) da -45° a +180° e limitabile in base alla diagnostica
Possibilità di proiezioni frontali, oblique, laterali e stratigrafia:	Sì, proiezioni frontali ed oblique con range ±45°. Proiezioni laterali con tavolo posizionato in verticale. Stratigrafia eseguibile anche in verticale.
Posizionamento e centratura paziente:	Stativo porta tubo in grado di effettuare posizionamento e centratura paziente senza emissioni di radiazioni

Cod.	Tipo doc.	Prodotto	Config.	Rev e data
DS001.PF1	Scheda tecnica prodotto	Sistema SIREVIX	VERBANIA	16 (25.08.22)

Accessibilità al paziente:	Su 4 lati. Completo su lato anteriore, lato testa e lato piedi; parziale su lato posteriore, comunque senza ostacoli di cavi e binari
Distanza fuoco-film:	Variabile in modo continuo da 110 a 200 cm con visualizzazione sulla consolle
Comandi anche in prossimità del tavolo:	Oltre al controllo da sala comandi, i comandi riportati nella tastiera a bordo tavolo consentono la movimentazione anche in sala esame
Visualizzazione parametri:	Visualizzazione dei parametri di esposizione e geometrici sul Complesso RX - colonna portatubo
Auto diagnosi:	Sì, con possibilità di gestione remota del service
Tomografia:	Tomografia lineare con programmi selezionabili in configurazione standard con possibilità di 8 diverse angolazioni fino a 50° e con tempi variabili fino a 3s. Altezza stratigrafica: da 0 a 30 cm con regolazione millimetrica, incremento 1mm. Incremento automatico dell'altezza del fulcro stratigrafico programmabile
Griglia:	Inclusa No. 1 griglia rimovibile manualmente
Accessori:	Coppia di maniglie, Pedana portapaziente regolabile e rimovibile, Fasce di compressione (per posizionamento pazienti in anti trendelenburg anche oltre 60° o fino alla posizione eretta), Supporti ascellari, Doppio pedale di scopia e grafia
Sicurezza cavi AT:	Cavi AT integrati nella colonna; le brevi fuoriuscite sono protette da idonee coperture flessibili per la massima sicurezza.
Opzioni su richiesta:	Reggigambe ginecologico, Reggispalte
Conformità e Classificazione:	Il Tavolo Telecomandato nelle sue varie versioni SIREVIX, SIREVIX DR, SIREVIX PF1 e SIREVIX PF2 è conforme ai requisiti della direttiva 93/42/EEC e s.m.i., porta la marcatura di conformità CE ed è classificato come dispositivo medico in classe IIb .