



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SONDE, CATETERI E DISPOSITIVI RACCOLTA URINE**

### **CAPITOLATO TECNICO**

#### **Caratteristiche generali**

I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I prodotti classificati come Dispositivi Medici possono essere acquistati, utilizzati, dispensati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale se in possesso del numero identificativo di iscrizione del Repertorio dei dispositivi medici di cui all'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e pubblicati nel Repertorio.

Pertanto la documentazione tecnica dovrà riportare il numero di Repertorio e l'indicazione del relativo CND.

Tutti i prodotti offerti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal D.lgs. 46 del 24 febbraio 1997 (Attuazione della Direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche ed aggiornamenti oppure conformi ai requisiti stabili dal Regolamento (UE) 2017/745.

Tutti i prodotti, consegnati alle Aziende Sanitarie richiedenti, devono avere un periodo minimo di validità, intercorrente tra la data di produzione e la data di scadenza, di almeno i 3/4 (tre quarti) della loro validità temporale, in caso contrario l'accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola Azienda Sanitaria destinataria della fornitura.

Si dovrà inoltre evincere dalla documentazione l'attestazione di *latex/latex free* per tutti i prodotti e tutti i confezionamenti primari.

L'indicazione "circa" presente accanto alle misure dei prodotti o le misure stesse rendono ammissibile una tolleranza pari al +/- 20% delle misure indicate.

#### **Caratteristiche specifiche dei prodotti e Criteri di valutazione della qualità**

La fornitura è suddivisa in 49 lotti. I quantitativi presunti annui, suddivisi per singola Azienda, sono indicati nello "Schema di offerta" (**Allegato \_\_\_\_**).

I prodotti oggetto della fornitura dovranno possedere, a pena di esclusione, tutte le caratteristiche sotto riportate.

I criteri riferiti ai 70 punti da assegnare per le "caratteristiche tecnico qualitative" sono specificati nell'**Allegato \_\_\_\_** "Criteri di valutazione qualità" e saranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a seguito di apposito esame della documentazione e delle campionature presentate.

#### **LOTTO 1 - CATETERE VESCICALE FOLEY IN SILICONE A DUE VIE DA CH 6 A CH 10**

Deve essere destinato al drenaggio continuo della vescica.

##### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche cannula**

- In silicone a due vie da Ch 6 a Ch 10;
- Lunghezza cm 30 circa;
- Con due fori atraumatici;
- Punta diritta, liscia, priva di asperità, cilindrica, chiusa e rinforzata;

*[Handwritten signatures and initials]*





- Palloncino 3-5 ml con valvola di gonfiaggio a perfetta tenuta cono luer o luer-lock con codice colore convenzionale ISO alle misure Ch;
- Monouso, sterile.

**LOTTO 2 - CATETERE VESCICALE FOLEY IN SILICONE A DUE VIE DA CH 12 A CH 24**

Deve essere destinato al drenaggio continuo della vescica.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche cannula**

- In silicone a due vie da Ch 12 a Ch 24;
- Lunghezza cm 40 circa;
- Con due fori atraumatici;
- Punta diritta, liscia, priva di asperità, cilindrica, chiusa e rinforzata;
- Palloncino 5-15 ml con valvola di gonfiaggio a perfetta tenuta cono luer o luer-lock con codice colore convenzionale ISO alle misure Ch;
- Monouso, sterile.

**LOTTO 3 - CATETERE VESCICALE FOLEY IN LATTICE SILICONATO A DUE VIE DA CH 6 A CH 10**

Deve essere destinato al drenaggio continuo della vescica.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche cannula**

- In lattice siliconato a due vie da Ch 6 a Ch 10;
- Lunghezza cm 30 circa;
- Con due fori atraumatici;
- Punta diritta, liscia, priva di asperità, cilindrica, chiusa e rinforzata;
- È necessario che il trattamento con silicone sia presente almeno esternamente ;
- Palloncino 3-5 ml con valvola di gonfiaggio a perfetta tenuta cono luer o luer-lock con codice colore convenzionale ISO alle misure Ch;
- Monouso, sterile.

**LOTTO 4 - CATETERE VESCICALE FOLEY IN LATTICE SILICONATO A DUE VIE DA CH 12 A CH 24**

Deve essere destinato al drenaggio continuo della vescica.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche cannula**

- In lattice siliconato a due vie da Ch 12 a Ch 24;
- Lunghezza cm 40 circa;
- Con due fori atraumatici;
- Punta liscia, priva di asperità, cilindrica, chiusa e rinforzata;
- È necessario che il trattamento con silicone sia presente almeno esternamente;
- Palloncino 5-15 ml con valvola di gonfiaggio a perfetta tenuta cono luer o luer-lock con codice colore convenzionale ISO alle misure Ch;
- Monouso, sterile.

**LOTTO 5 - CATETERE VESCICALE FOLEY PUNTA TIEMANN IN SILICONE A DUE VIE DA CH 12 A CH 22**

Deve essere destinato al drenaggio continuo della vescica.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche cannula**

- Punta Tiemann liscia, priva di asperità, in silicone a due vie da Ch 12 a Ch 22;
- Lunghezza cm 40 circa;
- Con due fori atraumatici;
- Palloncino 5-15 ml con valvola di gonfiaggio a perfetta tenuta cono luer o luer-lock con codice colore convenzionale ISO alle misure Ch;
- Monouso, sterile.

**LOTTO 6 - CATETERE VESCICALE FOLEY IN LATTICE SILICONATO A TRE VIE DA CH 16 A CH 24**

Deve essere destinato al drenaggio continuo della vescica.





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche cannula**

- In lattice siliconato a tre vie da Ch 16 a Ch 24;
- Lunghezza cm 40 circa;
- Con due fori atraumatici;
- Punta dritta, liscia, priva di asperità, cilindrica, chiusa e rinforzata;
- È necessario che il trattamento con silicone sia presente almeno esternamente;
- Dichiarazione dell'operatore economico indicante il tempo di permanenza in situ;
- Palloncino 5-15 ml con valvola di gonfiaggio a perfetta tenuta cono luer o luer-lock con codice colore convenzionale ISO alle misure Ch;
- Monouso, sterile.

**LOTTO 7 - CATETERI VESCICALI SENZA PALLONCINO PER DRENAGGI COMPLESSI**

**a) CATETERE VESCICALE SENZA PALLONCINO TIEMANN OLIVARE IN PVC OPACO DA CH 6 A CH 22**

Deve essere destinato al drenaggio della vescica.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Punta Tiemann olivare, liscia, priva di asperità, in PVC opaco da Ch 6 a Ch 22;
- Sterile;
- Monovia;
- Lunghezza pari a cm 40 circa;
- Estremità distale chiusa e ricurva ad oliva con fori laterali atraumatici;

**b) CATETERE VESCICALE SENZA PALLONCINO MERCIER IN PVC OPACO DA CH 6 A CH 24**

Deve essere destinato al drenaggio della vescica.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Punta Mercier liscia, priva di asperità, in PVC opaco da Ch 6 a Ch 24;
- Sterile;
- Monovia;
- Lunghezza pari a cm 40 circa;
- Punta ricurva piena con due fori opposti e sfalsati;

**c) CATETERE VESCICALE SENZA PALLONCINO NELATON IN PVC OPACO DA CH 6 A CH 24**

Deve essere destinato al drenaggio della vescica.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Punta Nelaton liscia, priva di asperità, in PVC opaco da Ch 6 a Ch 24;
- Sterile;
- Monovia;
- Lunghezza pari a cm 40 circa;
- Con due fori laterali atraumatici.

**LOTTO 8 - CATETERE VESCICALE SENZA PALLONCINO COUVELAIRE IN PVC DA CH 18 A CH 24**

Deve essere destinato al drenaggio della vescica.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Punta Couvelaire liscia, priva di asperità, in PVC da Ch 18 a Ch 24;
- Sterile;
- Monovia;
- Lunghezza pari a cm 40 circa;
- Punta aperta a becco di flauto con due fori opposti e sfalsati.

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**LOTTO 9 - CATETERE VESCICALE PER CATETERISMO NON AUTOLUBRIFICANTE SENZA PALLONCINO NELATON IN PVC TRASPARENTE**

- a) Catetere vescicale senza palloncino Nelaton in PVC cm. 20 da CH 10 a CH 18
- b) Catetere vescicale senza palloncino Nelaton in PVC cm. 40 da CH 10 a CH 18
- c) Catetere vescicale senza palloncino Tiemann in PVC cm. 40 da CH 8 a CH 18

Deve essere destinato al drenaggio della vescica.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Punta Nelaton liscia, priva di asperità, in PVC, cm 20/40 circa, da Ch 10 a Ch 18, punta chiusa diritta e arrotondata con due fori laterali;
- Punta Tiemann liscia, priva di asperità, in PVC, cm 40 circa, da Ch 8 a Ch 18, punta chiusa e ricurva;
- Sterile;
- Monovia.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 10 - CATETERE DUFOUR A TRE VIE IN LATTICE RIVESTITO**

Deve essere destinato al drenaggio e all'irrigazione continua della vescica.

- a) CATETERE DUFOUR A TRE VIE CON PALLONCINO DA 30 A 50 ML
- b) CATETERE DUFOUR A TRE VIE CON PALLONCINO DA 60 A 80 ML

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In puro lattice;
- Da Ch 18 a Ch 24;
- Monouso, sterile;
- Rivestito in hydrogel autolubrificante;
- Rinforzato su tutta la lunghezza del corpo e della punta;
- A tre vie;
- Di lunghezza pari a cm 40/45;
- Con due fori atraumatici opposti e sfalsati al foro in punta;
- Punta aperta leggermente ricurva a becco di flauto;
- Dichiarazione dell'operatore economico indicante il tempo di permanenza in situ;
- Descrizione caratteristiche palloncino;
- Sterile, monouso;
- Palloncino Misura da 30-50 ml e da 60-80 ml;
- Valvola di gonfiaggio cono luer o luer-lock con codice colore convenzionale ISO alle misure Ch;
- Deve essere rigato per garantire il riempimento sferoidale.

**LOTTO 11 - CATETERE DUFOUR A TRE VIE IN SILICONE O ALTRO MATERIALE TOTALMENTE LATEX-FREE**


Deve essere destinato al drenaggio e all'irrigazione continua della vescica.

- a) CATETERE DUFOUR A TRE VIE CON PALLONCINO DA 30 A 50 ML
- b) CATETERE DUFOUR A TRE VIE CON PALLONCINO DA 60 A 80 ML

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In silicone o altro materiale totalmente latex-free compreso il palloncino;
- da Ch 18 a Ch 24;
- Monouso, sterile;
- Rivestito in hydrogel autolubrificante;
- A tre vie;
- Di lunghezza pari a cm 40/45 circa;
- Con due fori atraumatici opposti e sfalsati al foro in punta;
- Punta aperta leggermente ricurva a becco di flauto;
- Palloncino Misura da 30-50 ml;





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- Palloncino Misura da 60-80 ml;
- Valvola di gonfiaggio cono luer o luer-lock con codice colore convenzionale ISO alle misure Ch.

**LOTTO 12 - CATETERE PER NEOVESCICA A DUE O TRE VIE PER DRENAGGIO POST-OPERATORIO.**

Deve essere destinato al drenaggio post-operatorio dopo creazione di neovescica

**Requisiti minimi di idoneità**

- In silicone da Ch 18 a Ch 22;
- Monouso, sterile;
- A tre vie;
- Di lunghezza pari a cm 40 circa;
- Con due fori di drenaggio;
- Con punta atraumatica completamente aperta sotto i fori di drenaggio;
- Con palloncino da 20 ml;
- Valvola di gonfiaggio cono luer o luer-lock con codice colore convenzionale ISO alle misure Ch.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 13 - CATETERE AUTOLUBRIFICANTE IN PVC CONNESSIONE LUER-LOCK LUNGHEZZA CM. 20/40 CIRCA DA CH 10 A CH 14**

Deve essere destinato al drenaggio della vescica per una durata breve per autocateterismo e instillazioni vescicali estemporanee

- a) **Catetere autolubrificante in PVC connessione Luer-Lock lunghezza cm. 20 circa da Ch 10 a Ch 14**
- b) **Catetere autolubrificante in PVC connessione Luer-Lock lunghezza cm. 40 circa da Ch 10 a Ch 14**

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In PVC di grado medicale trasparente e con rivestimento idrofilo;
- Monouso, sterile;
- Monovia;
- Lunghezza cm 20/40 circa;
- Con due fori atraumatici;
- Punta Nelaton, diritta, liscia, priva di asperità, cilindrica, chiusa;
- Connessione luer-lock.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 14 - CATETERE AUTOLUBRIFICANTE IN PVC PER CATETERISMO INTERMITTENTE**

Deve essere destinato al drenaggio della vescica per una durata breve per autocateterismo

- a) **Catetere punta Nelaton autolubrificante in PVC per cateterismo intermittente lunghezza cm. 20 circa da Ch 10 a Ch 18**
- b) **Catetere punta Nelaton autolubrificante in PVC per cateterismo intermittente lunghezza cm. 40 circa da Ch 10 a Ch 18**
- c) **Catetere punta Tiemann autolubrificante in PVC per cateterismo intermittente lunghezza cm. 40 circa da Ch 10 a Ch 18**

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In PVC di grado medicale trasparente e con rivestimento idrofilo;
- Per l'uso non deve richiedere l'aggiunta di liquidi per attivare il lubrificante;
- Punta Nelaton liscia, priva di asperità, in PVC, cm 20/40 circa, da Ch 10 a Ch 18, punta chiusa diritta e arrotondata con due fori laterali;
- Punta Tiemann liscia, priva di asperità, in PVC, cm 40 circa, da Ch 10 a Ch 18, punta chiusa e ricurva;
- Connessione per cateterismo intermittente;
- Monovia;

PO

du de G MB





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- Monouso, sterile.
- Prezzo più basso**

**LOTTO 15 - CATETERE PER URETEROCUTANEOSTOMIA CON ALETTE**

Deve essere destinato al drenaggio delle urine dagli ureteri per ureterocutaneostomia.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In poliuretano;
- Con alette;
- Calibro mm 4.2 e 3.5;
- Lunghezza cm 25 e 30;
- Punta aperta centimetrata;
- Monouso, sterile.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 16 - TAPPO PER CATETERE**

Deve essere destinato alla chiusura di una delle vie esterne del catetere urinario

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In materiale plastico rigido, privo di lattice;
- Adattabile alle diverse misure di cateteri vescicali;
- Monouso, sterile.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 17 - CLAMP STRINGITUBO**

Deve essere destinato alla chiusura del tubo di drenaggio delle urine

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In materiale plastico rigido, privo di lattice;
- In grado di bloccare completamente il deflusso delle urine;
- Monouso, sterile.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 18 - VALVOLA CATETERICA**

Deve essere destinato al drenaggio delle urine

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Connessione conica scanalata;
- Idonea al collegamento alle diverse tipologie di cateteri vescicali;
- Uscita raccordabile alla sacca di raccolta;
- Con possibilità di apertura on/off;
- Monouso, sterile.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 19 - Sonda RETTALE DA CH 18 A CH 35**

Deve essere destinata all'evacuazione intestinale

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In PVC di grado medico trasparente da Ch 18 a Ch 35;
- Monouso, sterile;
- Monovia;
- Lunghezza cm 40 circa;
- Con due fori atraumatici;
- Punta diritta, cilindrica, chiusa atraumatica;
- Raccordo cono catetere con codice colore.

**Prezzo più basso**





**LOTTO 20 - SISTEMA INCONTINENZA FECALE (tipo flexi seal)**

Deve essere destinato all'evacuazione fecale

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

**a) SONDA INCONTINENZA FECALE**

- Sonda in puro silicone;
- Tasca per introduzione digitale;
- Palloncino di ancoraggio a bassa pressione e atraumatico;
- Porta di campionamento feci;
- Porta di cuffiaggio con indicatore di riempimento;
- Accesso per lavaggi e irrigazioni;
- Monouso;

**b) SACCA DI RACCOLTA FECALE**

- Antiodore;
- A fondo chiuso;
- Con valvola antireflusso;
- Capacità 1000 ml;
- Monouso.

**LOTTO 21 - SONDA DI BLAKEMORE**

Deve essere destinata al tamponamento di emorragie dell'esofago

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In gomma morbida di grado medicale;
- Da Ch 14 a Ch 18;
- Lunghezza cm 100 circa;
- Due palloncini;
- Almeno tre canali;
- Con indicatori di profondità;
- Con tappo integrato;
- Monouso sterile;
- Radiopaco.

**LOTTO 22 - SET PER CATETERISMO VESCICALE**

Deve essere destinato al cateterismo vescicale

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Tutto il materiale contenuto deve essere latex free;
- Il kit deve contenere all'interno di una vaschetta di adeguate dimensioni il materiale in elenco. Il materiale deve essere disposto all'interno della vaschetta in sequenza cronologica d'impiego così come sottodescritta:
  - n. 1 paio di guanti da esplorazione sterili in vinile o altro materiale sintetico, senza polvere, misura media, confezionati in pacco sterile;
  - n. 1 telino in TNT triaccoppiato misura cm 60X60 circa;
  - n. 1 confezione monodose di prodotto antisettico pronto all'uso contenente clorexidina gluconato-cetrimide non inferiore allo 0.015%-0.15%, in quantità almeno pari a ml 25. La confezione dell'antisettico deve essere di materiale di facile apertura manuale, e deve riportare: a) composizione, b) indicazioni, c) avvertenze, d) nome ed indirizzo del produttore, e) numero di lotto di produzione, f) data di scadenza;
  - n. 4 tamponi di garza, diametro di almeno mm 30 posizionati in apposito alloggiamento ricavato nella vaschetta;
  - n. 2 compresse di garza di cotone con bordi ripiegati all'interno a 8 strati oppure TNT 4 strati cm 10X10 circa;
  - n. 1 paio di guanti da esplorazione sterili, in vinile o altro materiale sintetico, senza polvere,

*[Handwritten signatures and initials]*





- misura media, confezionati in pacco sterile;
- n. 1 telino in TNT assorbente, impermeabilizzato, fenestrato, avente dimensione di almeno cm 60X60 circa;
  - n. 1 siringa monouso (capacità ml 10 circa) preriempita di acqua distillata sterile.

**Prezzo più basso**

### **LOTTO 23 - SET PER CATETERISMO ESTEMPORANEO**

Deve essere destinato al cateterismo vescicale

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Tutto il materiale contenuto deve essere latex free;
- Il kit deve contenere all'interno di una vaschetta di adeguate dimensioni il materiale in elenco. Il materiale deve essere disposto all'interno della vaschetta in sequenza cronologica d'impiego così come sottodescritta:
  - n. 1 paio di guanti da esplorazione sterili in vinile o altro materiale sintetico, senza polvere, misura media, confezionati in pacco sterile;
  - n. 1 telino in TNT triaccoppiato misura cm 60X60 circa
  - n. 1 confezione monodose di prodotto antisettico pronto all'uso contenente clorexidina gluconato-cetrimide non inferiore allo 0.015%-0.15%, in quantità almeno pari a ml 25. La confezione dell'antisettico deve essere di materiale di facile apertura manuale, e deve riportare: a) composizione, b) indicazioni, c) avvertenze, d) nome ed indirizzo del produttore, e) numero di lotto di produzione, f) data di scadenza
  - n. 4 tamponi di garza, diametro di almeno mm 30 posizionati in apposito alloggiamento ricavato nella vaschetta
  - n. 1 paio di guanti da esplorazione sterili, in vinile o altro materiale sintetico, senza polvere, misura media, confezionati in pacco sterile

**Prezzo più basso**

### **LOTTO 24 - CATETERI PER URODINAMICA**

Deve essere destinato ad esami di urodinamica

#### **a) CATETERE PER CISTOMANOMETRIA PUNTA DIRITTA**

#### **b) CATETERE PER CISTOMANOMETRIA PUNTA CURVA**

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In PVC atossico di grado medicale o altro materiale idoneo da fr 6 a fr. 8;
- Monouso, sterile;
- A due vie;
- Di lunghezza pari a cm 40 circa;
- Semirigido;
- Con fori atraumatici prossimali alla punta ed un foro distale alla punta;
- I fori devono essere adeguati sia per la cistomanometria che per la studio pressione flusso;
- Punta diritta, cilindrica, chiusa e rinforzata e punta curva tipo Mercier;
- Radiopaco;
- Connessione Luer-Lock;

#### **b) CATETERE RETTALE PER MISURAZIONE PRESSIONE ADDOMINALE**

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In PVC atossico di grado medicale o altro materiale idoneo da Fr 9 a Fr 12;
- Monouso, sterile;
- A due vie;
- Lunghezza superiore a cm 15 ;
- Radiopaco;
- Connessione Luer-Lock;





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- Palloncino con capacità superiore a 7 ml e valvola di gonfiaggio morbida a perfetta tenuta con cono luer o luer-lock.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 25 - CATETERI AD ARIA COMPRESSA PER URODINAMICA**

Deve essere destinato ad esami di urodinamica

**a) CATETERE PER CISTOMANOMETRIA PUNTA DIRITTA**

**b) CATETERE PER CISTOMANOMETRIA PUNTA CURVA**

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In PE atossico di grado medicale o altro materiale idoneo da Fr 6 a Fr. 8;
- Monouso, sterile;
- A due vie;
- Di lunghezza pari a cm 60 circa;
- Con fori atraumatici prossimali alla punta;
- Punta diritta, cilindrica, chiusa e rinforzata e punta curva tipo Mercier;
- Con marcature di profondità;
- Connessione Luer-Lock;

**c) CATETERE RETTALE PER MISURAZIONE PRESSIONE ADDOMINALE**

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In PE atossico di grado medicale o altro materiale idoneo da Fr 6 a Fr 8;
- Monouso, sterile;
- A due vie;
- Lunghezza superiore a cm 50 ;
- Con marcature di profondità;
- Connessione Luer-Lock;

**d) TRASDUTTORE DI PRESSIONE PLURIUSO CABLATO**

deve essere cablato per le seguenti apparecchiature in dotazione alle aziende dell'AIC:

- DUET (MEDTRONIC) ASL BI.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 26 - CANDELETTA URETRALE**

Deve essere destinata alla dilatazione uretrale

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In PVC di grado medicale;
- Misure da Ch 12 a Ch 30;
- Lunghezza cm 40 circa;
- Estremità conica ad apice olivare;
- Estremità prossimale chiusa.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 27 - GUAINA URINARIA SINTETICA AUTOSTATICA PER INCONTINENZA**

Deve essere destinato al incontinenza urinaria maschile

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In silicone trasparente anallergico auto statico da mm 25 a 40-41;
- Cono di raccordo rinforzato;
- Sistema di fissaggio a tenuta e atraumatico;
- Tenuta punto di raccordo con sistemi di raccolta;
- Facilità di posizionamento e di rimozione.

**Prezzo più basso**


*PD*

*On*

*CR*

*MB*





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### **LOTTO 28 - GUAINA URINARIA IN LATTICE AUTOSTATICA PER INCONTINENZA**

Deve essere destinato al incontinenza urinaria maschile

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In lattice da 25 a 40-41 mm autostatico;
- Cono di raccordo rinforzato;
- Sistema di fissaggio a tenuta e atraumatico;
- Tenuta punto di raccordo con sistemi di raccolta;
- Facilità di posizionamento e di rimozione.

**Prezzo più basso**

### **LOTTO 29 - GUAINA URINARIA SINTETICA NON AUTOSTATICA PER INCONTINENZA**

Deve essere destinato al incontinenza urinaria maschile

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In silicone trasparente anallergico da mm 25 a 40-41;
- Con striscia di fissaggio adesiva;
- Cono di raccordo rinforzato;
- Sistema di fissaggio a tenuta e atraumatico;
- Tenuta punto di raccordo con sistemi di raccolta;
- Facilità di posizionamento e di rimozione.

**Prezzo più basso**

### **LOTTO 30 - Sonda DUODENALE DI LEVIN**

Deve essere destinato all'aspirazione

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In PVC privo di ftalati di grado medicale;
- Monouso sterile;
- Lunghezza cm 125 circa;
- Con punta diritta arrotondata e atraumatica;
- Con fori laterali nella parte distale;
- Superficie liscia;
- Da Ch 12 a Ch 18;
- Con indicatori di profondità;
- Con estremità prossimale provvista di raccordo conico con codice colore convenzionale ISO alle misure Ch;
- Radiopaca.

**Prezzo più basso**

### **LOTTO 31 - Sonda DI ALIMENTAZIONE IN POLIURETANO ADULTI**

Deve essere destinata all'alimentazione

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In poliuretano di grado medicale;
- Monouso, sterile;
- Lunghezza cm 120 circa;
- Con punta diritta arrotondata e atraumatica;
- Con fori laterali nella parte distale;
- Superficie liscia;
- Da Ch 8 a Ch 14;
- Radiopaco;
- Con indicatori di profondità;
- Con estremità prossimale provvista di raccordo ENFIT;
- Con tappo integrato;
- Con guida metallica pre-inserita e con pesi o altro sistema per facile posizionamento.





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### **LOTTO 32 - SONDA PER LAVANDA GASTRICA**

Deve essere destinata al lavaggio gastrico

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In PVC trasparente di grado medicale;
- Da Ch 18 a Ch 36;
- Lunghezza cm 120 circa;
- A doppio lume;
- Atraumatica con ampi fori;
- Connessione universale per il collegamento alla fonte di aspirazione;
- Con indicatori di profondità;
- Monouso;
- Radiopaco.

**Prezzo più basso**

### **LOTTO 33 - KIT PER LAVANDA GASTRICA**

Deve essere destinato al lavaggio gastrico

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

Composizione del kit:

- Sacca graduata con capacità minimo 2.0 litri per il liquido di lavaggio;
- Sacca graduata di raccolta con capacità 5 litri con via d'accesso per raccolta campioni;
- Sonde Ch 28 e Ch 32, atraumatiche con ampi fori, con indicatori di profondità, radiopaca;
- Tubo di lavaggio con clamp e connettore universale per sonde di lunghezza cm 120 circa;
- Siringa da ml 50-60;
- In PVC trasparente di grado medicale;
- Monopaziente.

### **LOTTO 34 – SONDA DI CALIBRAZIONE GASTRICA**

Deve essere utilizzata nelle procedure chirurgiche riservate allo stomaco

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In silicone di grado medicale;
- Dotata di palloncino distale asimmetrico – capacità massima ml 40;
- Calibro 38 Ch;
- Lunghezza cm 80;
- Radiopaca;
- Sterile monouso;
- Punta atraumatica e fori nella parte distale;
- Priva di lattice.

### **LOTTO 35 – SONDA NASO-GASTRICA TIPO SALEM**


Deve essere utilizzata per aspirazione e decompressione gastrica

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In PVC di grado medicale;
- A doppio lume;
- Trasparente e termosensibile;
- Estremità distale rigida e atraumatica con fori di aspirazione;
- Linea radiopaca;
- Con foro laterale di controllo;
- Marcature di profondità;
- Connettore universale per connessione alla fonte di aspirazione;
- Sterile e monouso;

*[Handwritten signatures and initials]*





- Priva di lattice;
- Calibri Ch 16 e Ch 18;
- Lunghezza cm 120.

#### **LOTTO 36 - Sonda per temperatura esofagea/rettale**

Deve essere destinata alla rilevazione della temperatura esofagea/rettale

##### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Sonda scorrevole e liscia;
- Marcatura di profondità;
- Monouso, sterile;
- Almeno una misura di calibro compreso tra 8 e 12 Fr;
- Cavo per interfacciamento con i monitor di proprietà delle singole aziende fornito gratuitamente dall'offerente aggiudicatario in numero appropriato con l'utilizzo;
- Misurazione della temperatura da 25 a 45°C.

#### **LOTTO 37 - Catetere Foley per temperatura vescicale**

Deve essere destinata alla rilevazione della temperatura vescicale

##### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- In silicone a due vie da Ch 8 a Ch 18;
- Lunghezza cm 40 circa;
- Con due fori atraumatici;
- Punta diritta, liscia, priva di asperità, cilindrica, chiusa e rinforzata;
- Palloncino 5-15 ml con valvola di gonfiaggio a perfetta tenuta cono luer o luer-lock con codice colore convenzionale ISO alle misure Ch;
- Monouso, sterile;
- Cavo per interfacciamento con i monitor di proprietà delle singole aziende fornito gratuitamente dall'offerente aggiudicatario in numero appropriato con l'utilizzo;
- Misurazione della temperatura da 25 a 45°C.

#### **LOTTO 38 - Dispositivo monouso per rilevazione pressione addominale**

Deve essere destinata alla rilevazione della pressione addominale

##### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Collegabile al catetere vescicale ed al dispositivo di raccolta urine;
- Tubo graduato con valvola di sfogo;
- Porta di iniezione fluidi.

**Prezzo più basso**


#### **LOTTO 39 - Sacca raccolta liquidi biologici non sterile**

Deve essere destinata alla raccolta dei liquidi biologici.

##### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Sacca in PVC o altro materiale idoneo di grado medicale;
- Doppia saldatura perimetrale;
- Trasparente in almeno uno dei due lati;
- Dotata di sistema antireflusso;
- Graduada con indicazione del valore prestampato in maniera indelebile e che deve essere leggibile, con intervallo di graduazione in ml 100;
- Dotata di tubo di raccordo saldato alla sacca stessa, non deformabile, da impedire la formazione di pieghe da ostruzione, a bassa memoria;
- Sistema universale di raccordo con catetere vescicale o altro dispositivo di drenaggio, dotato di protezione amovibile;
- Deve avere la predisposizione (fori integrati) per il fissaggio ed almeno un sistema esterno (gancio in plastica) contenuto nella busta clinicamente pulita da massimo n. 30 sacche;





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- Capacità della sacca ml 2000;
- Lunghezza tubo da cm 100-130.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 40 – SACCA RACCOLTA URINA SVUOTABILE, NON STERILE.**

Deve essere destinata alla raccolta dei liquidi biologici.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Sacca in PVC o altro materiale idoneo di grado medicale;
- Doppia saldatura perimetrale;
- Trasparente in almeno uno dei due lati;
- Dotata di sistema antireflusso;
- Graduata con indicazione del valore prestampato in maniera indelebile e che deve essere leggibile, con intervallo di graduazione in ML 100;
- Dotata di tubo di raccordo saldato alla sacca stessa, non deformabile, da impedire la formazione di pieghe da ostruzione, a bassa memoria;
- Sistema universale di raccordo con catetere vescicale o altro dispositivo di drenaggio, dotato di protezione amovibile;
- Deve avere la predisposizione (fori integrati) per il fissaggio ed almeno un sistema esterno (gancio in plastica) contenuto nella busta clinicamente pulita da massimo n. 30 sacche;
- Provvista di rubinetto di svuotamento a T;
- Capacità della sacca ML 2000;
- Lunghezza tubo CM 100-130.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 41 – SACCA RACCOLTA URINA DA GAMBA, A CIRCUITO CHIUSO, NON STERILE.**

Deve essere destinata alla raccolta delle urine.

- a) **Sacca raccolta urina da gamba, a circuito chiuso, non sterile, con tubo di raccordo cm 10**
- b) **Sacca raccolta urina da gamba, a circuito chiuso, non sterile, con tubo di raccordo cm 30**

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Sacca in PVC o altro materiale idoneo di grado medicale;
- Doppia saldatura perimetrale e con bordi atraumatici;
- Trasparente in almeno uno dei due lati;
- Parete posteriore della sacca provvista di un sistema di protezione che impedisca il contatto diretto della plastica sulla cute;
- Graduata con indicazione del valore prestampato in maniera indelebile e leggibile;
- Cono di connessione per cateteri vescicali dotato di cappuccio di protezione;
- Dotata di asole rinforzate per il collegamento delle fasce/lacci morbidi ed elastici per il fissaggio alla gamba;
- Corredata di fasce/lacci per il fissaggio alla gamba presenti all'interno della confezione;
- Rubinetto di scarico con apertura e chiusura;
- Lunghezza tubo di raccordo cm 10 e 30 +/-10%;
- Dotata di tubo di raccordo saldato alla sacca stessa, non deformabile, da impedire la formazione di pieghe da ostruzione, a bassa memoria;
- Capacità ml 500-750;

**Prezzo più basso**

*[Handwritten signatures and initials]*





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### **LOTTO 42 – SACCA RACCOLTA URINA DA GAMBA, A CIRCUITO CHIUSO, STERILE.**

Deve essere destinata alla raccolta delle urine.

- a) **Sacca raccolta urina da gamba, a circuito chiuso, sterile, con tubo di raccordo cm 10**
- b) **Sacca raccolta urina da gamba, a circuito chiuso, sterile, con tubo di raccordo cm 30**

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Sacca in PVC o altro materiale idoneo di grado medicale;
- Doppia saldatura perimetrale e con bordi atraumatici;
- Trasparente in almeno uno dei due lati;
- Dotata di valvola antireflusso;
- Parete posteriore della sacca provvista di un sistema di protezione che impedisca il contatto diretto della plastica sulla cute;
- Graduata con indicazione del valore prestampato in maniera indelebile e leggibile;
- Cono di connessione per cateteri vescicali dotato di cappuccio di protezione;
- Dotata di asole rinforzate per il collegamento delle fasce/lacci morbidi ed elastici per il fissaggio alla gamba;
- Corredata di fasce/lacci per il fissaggio alla gamba presenti all'interno della confezione;
- Rubinetto di scarico con apertura e chiusura corredato di connessione per sacca da letto;
- Sistema per il prelievo asettico dei campioni di urina, utilizzabile con siringa senza ago;
- Dotata di tubo di raccordo saldato alla sacca stessa, non deformabile, da impedire la formazione di pieghe da ostruzione, a bassa memoria;
- Lunghezza tubo di raccordo cm 10 e 30 +/-10%;
- Capacità ml 500-750;
- Monouso, sterile.

**Prezzo più basso**

### **LOTTO 43 – SACCA RACCOLTA URINA PEDIATRICA, STERILE**

Deve essere destinata alla raccolta delle urine.

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Materiale soffice pieghevole;
- Trasparente;
- Unisex;
- Dotata di adesivo ipoallergenico ad alta tenuta;
- Apertura sagomata conformabile all'anatomia genitale femminile e maschile;
- Capacità ml 100-200;
- Monouso, sterile.

**Prezzo più basso**

### **LOTTO 44 – SACCA RACCOLTA URINA PREMATURI, STERILE**

Deve essere destinata alla raccolta delle urine.

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Materiale soffice pieghevole;
- Trasparente;
- Unisex;
- Dotata di adesivo ipoallergenico ad alta tenuta;
- Apertura sagomata conformabile all'anatomia genitale femminile e maschile;
- Capacità massima ml 100;
- Monouso, sterile.

**Prezzo più basso**





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### **LOTTO 45 – SISTEMA RACCOLTA URINA A CIRCUITO CHIUSO, STERILE.**

Deve essere destinata alla raccolta delle urine.

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Sacca in PVC o altro materiale idoneo di grado medicale;
- Doppia saldatura perimetrale;
- Trasparente in almeno uno dei due lati;
- Dotata di filtro antibatterico sulla sacca;
- Camera di gocciolamento con filtro e valvola antireflusso;
- Graduata con indicazione del valore prestampato in maniera indelebile e leggibile, con intervallo di graduazione in 100 cc. e microscala fino a ml 100;
- Tubo di raccordo saldato alla sacca stessa, non deformabile tale da impedire la formazione di pieghe da ostruzione, a bassa memoria, completo di morsetto stringi tubo;
- Deve avere la predisposizione (fori integrati) per il fissaggio, un sistema esterno (gancio in plastica) per il fissaggio al letto e un sistema di trasporto per il paziente;
- Raccordo per prelievo campioni urine utilizzabile con siringa senza ago;
- Provvista di rubinetto di scarico a T con alloggiamento innestato precisamente in corrispondenza dell'interfaccia tra lato anteriore e posteriore e non su un solo lato per permettere un agevole svuotamento;
- Sistema universale di raccordo con catetere vescicale o altro dispositivo di drenaggio che garantisca la connessione nel rispetto dell'asepsi e dotato di protezione amovibile;
- Capacità ml 2.000;
- Lunghezza del tubo di raccordo cm 100-120;
- Tubo di uscita di calibro non inferiore a quello di entrata per permettere un agevole svuotamento;
- Monouso, sterile.

**Prezzo più basso**

### **LOTTO 46 – SACCA RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI A CIRCUITO CHIUSO, STERILE.**

Deve essere destinata alla raccolta delle urine.

#### **Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Sacca in PVC o altro materiale idoneo di grado medicale;
- Doppia saldatura perimetrale;
- Trasparente in almeno uno dei due lati;
- Dotata di filtro antibatterico sulla sacca;
- Camera di gocciolamento con filtro e valvola antireflusso;
- Graduata con indicazione del valore prestampato in maniera indelebile, con intervallo di graduazione in ml 500 fino a 5 litri e poi ogni 1.000 ml;
- Dotata di tubo di raccordo saldato alla sacca stessa, non deformabile, da impedire la formazione di pieghe da ostruzione, a bassa memoria;
- Sistema universale di raccordo con catetere vescicale o altro dispositivo di drenaggio, dotato di protezione amovibile;
- Provvista di rubinetto a T di scarico con sito di alloggiamento;
- Dotata di sistema di fissaggio sicuro al letto del paziente e maniglia porta sacca;
- Capacità della sacca ml 12.000/14.000;
- Lunghezza tubo di raccordo da cm 100-130;
- Monouso, sterile.

**Prezzo più basso**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**LOTTO 47 – SACCA RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI A CIRCUITO CHIUSO, STERILE.**

Deve essere destinata alla raccolta delle urine.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Sacca in PVC o altro materiale idoneo di grado medicale;
- Doppia saldatura perimetrale;
- Trasparente in almeno uno dei due lati;
- Dotata di filtro antibatterico sulla sacca;
- Camera di gocciolamento con filtro e valvola antireflusso;
- Graduata con indicazione del valore prestampato in maniera indelebile, con intervallo di graduazione in ml 250;
- Dotata di tubo di raccordo saldato alla sacca stessa, non deformabile, tale da impedire la formazione di pieghe da ostruzione, a bassa memoria;
- Sistema universale di raccordo con catetere vescicale o altro dispositivo di drenaggio, dotato di protezione amovibile;
- Provvista di rubinetto a T di scarico con sito di alloggiamento;
- Dotata di sistema di fissaggio sicuro al letto del paziente e maniglia porta sacca;
- Capacità della sacca ml 5.000/8.000;
- Lunghezza tubo di raccordo da cm 100-130;
- Monouso, sterile.

**Prezzo più basso**

**LOTTO 48 – SISTEMA CHIUSO PER LA MISURAZIONE DELLA DIURESI ORARIA, STERILE, PER ADULTI**

Deve essere destinato alla misurazione della diuresi oraria negli adulti.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Un contenitore dalla capacità di 500 ml in materiale plastico trasparente e rigido, provvisto di rubinetto;
- Scala graduata con graduazione di precisione a 1-2 ml fino a 40/50 ml e graduazione a 5-10 ml fino a ml 500;
- Camera di gocciolamento con valvola antireflusso, filtro antibatterico di aerazione a tenuta liquidi;
- Sistema di troppo pieno;
- Tubo di collegamento al catetere con lunghezza cm 100-150, non deformabile tale da impedire la formazione di pieghe da ostruzione, a bassa memoria;
- Il tubo deve essere provvisto di punto per il prelievo utilizzabile con siringa senza ago;
- Il tubo deve essere provvisto di dispositivo serratubo;
- Sacca sterile di raccolta capacità ml 1500/2000 graduata con valvola antireflusso, filtro antibatterico e rubinetto di scarico con alloggiamento;
- Provvisto di sistema di fissaggio al letto;
- Sistema universale di raccordo con catetere vescicale o altro dispositivo di drenaggio che garantisca la connessione nel rispetto dell'asepsi e dotato di protezione amovibile;
- Monouso, sterile.


**LOTTO 49 – SISTEMA CHIUSO PER LA MISURAZIONE DELLA DIURESI ORARIA, STERILE, PEDIATRICO**

Deve essere destinato alla misurazione della diuresi oraria nei bambini.

**Requisiti minimi di idoneità: descrizione caratteristiche**

- Un contenitore dalla capacità di ml 50-60 in materiale plastico trasparente e rigido, provvisto di rubinetto;
- Scala graduata con graduazione di precisione a ml 1;
- Camera di gocciolamento con valvola antireflusso;





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- Filtro antibatterico di aerazione a tenuta liquidi;
- Tubo di collegamento al catetere con lunghezza cm 50-100, non deformabile tale da impedire la formazione di pieghe da ostruzione, a bassa memoria;
- Il tubo deve essere provvisto di punto per il prelievo;
- Il tubo deve essere provvisto di dispositivo serratubo;
- Sacca sterile di raccolta capacità ml 150/200 graduata con valvola antireflusso e rubinetto di scarico;
- Provvisto di sistema di fissaggio al letto;
- Sistema universale di raccordo con catetere vescicale o altro dispositivo di drenaggio che garantisca la connessione nel rispetto dell'asepsi e dotato di protezione amovibile;
- Monouso, sterile.

**Prezzo più basso**

### Confezionamento ed etichettatura

I prodotti devono essere contenuti in confezionamento primario e secondario, completi di etichettatura e riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile, tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n.46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE e al D.Lgs. 25 gennaio 2010, n.37, in attuazione della Direttiva 2007/47/CE e successive modifiche ed aggiornamenti ovvero conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/745).

Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana. Sulla confezione primaria e su quella secondaria dovranno apparire immediatamente decifrabili:

- le indicazioni strettamente necessarie per consentire all'utilizzatore di identificare il dispositivo e il contenuto della confezione;
- la denominazione e l'indirizzo dell'Azienda produttrice;
- il numero di codice del lotto preceduto dalla parola "LOTTO";
- la data di scadenza/validità;
- la marcatura di conformità CE.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità o il grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso. I prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo di tempo indicato.

L'etichettatura deve essere posta, nel rispetto della normativa vigente, sul singolo prodotto, sull'involucro se singolo, o sulla confezione commerciale.

Devono essere corredati delle necessarie informazioni atte a garantirne un utilizzo appropriato e del tutto sicuro, tenendo conto della formazione e delle conoscenze dei potenziali utilizzatori, e a consentire l'identificazione del fabbricante.

Le informazioni necessarie per garantire un utilizzo sicuro del dispositivo devono figurare, se possibile ed opportuno, sul dispositivo stesso e/o sull'imballaggio unitario o, eventualmente, sull'imballaggio commerciale. Se sull'imballaggio unitario non è fattibile, le istruzioni devono figurare su un foglio illustrativo che accompagna uno o più dispositivi.

Tutti i dispositivi devono contenere nell'imballaggio le istruzioni per l'uso. In via eccezionale tali istruzioni non sono necessarie per i dispositivi appartenenti alle classi I e IIa, qualora sia possibile garantire un utilizzo sicuro senza dette istruzioni.

Se del caso, le informazioni vanno fornite sotto forma di simboli. I simboli e i colori di identificazione utilizzati devono essere conformi alle norme armonizzate. Se in questo settore non esistono norme, i simboli e i colori sono descritti nella documentazione che accompagna il dispositivo.

L'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti:

**a)** nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono,


lo

gm

de

ff  
NB





- inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità;
- b)** le indicazioni strettamente necessarie per identificare il dispositivo e il contenuto della confezione destinate in special modo agli utilizzatori;
  - c)** se del caso, la parola "STERILE";
  - d)** se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola "LOTTO" o il numero di serie;
  - e)** se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
  - f)** se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;
  - g)** per i dispositivi su misura, l'indicazione "dispositivo su misura";
  - h)** per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, l'indicazione "destinato esclusivamente ad indagini cliniche";
  - i)** le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
  - l)** eventuali istruzioni specifiche di utilizzo;
  - m)** avvertenze e/o precauzioni da prendere;
  - n)** l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di cui alla lettera **e)**. Questa indicazione può essere inserita nel numero di lotto o di serie;
  - o)** se del caso, il metodo di sterilizzazione;
  - p)** marchio CE.

Nella confezione, dove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante nel corso della fornitura e dichiarato nella documentazione richiesta.

La confezione dovrà contenere un numero massimo di 100 pezzi.


Nel dettaglio il confezionamento deve rispondere a quanto indicato nelle specifiche delle singole voci.

### Campionatura

La campionatura dovrà essere consegnata presso il Magazzino Economale dell'A.S.L. "VCO" - Via Fiume, 18 Verbania (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,30) **entro lo stesso termine previsto per la presentazione dell'offerta**, nel quantitativo indicato nella tabella sottostante:

LOTTO	DESCRIZIONE	N° CAMPIONI
1	CATETERE VESCICALE FOLEY IN SILICONE A DUE VIE DA CH 6 A CH 10	20
2	CATETERE VESCICALE FOLEY IN SILICONE A DUE VIE DA CH 12 A CH 24	20
3	CATETERE VESCICALE FOLEY IN LATTICE SILICONATO A DUE VIE DA CH 6 A CH 10	20
4	CATETERE VESCICALE FOLEY IN LATTICE SILICONATO A DUE VIE DA CH 12 A CH 24	20
5	CATETERE VESCICALE FOLEY PUNTA TIEMANN IN SILICONE A DUE VIE DA CH 12 A CH 22	20
6	CATETERE VESCICALE FOLEY IN LATTICE SILICONATO A TRE VIE DA CH 16 A CH 24	20
7	CATETERI VESCICALI SENZA PALLONCINO PER DRENAGGI COMPLESSI	///
7a	CATETERE VESCICALE SENZA PALLONCINO TIEMANN OLIVARE IN PVC OPACO DA CH 6 A CH 22	5
7b	CATETERE VESCICALE SENZA PALLONCINO MERCIER IN PVC OPACO DA CH 6 A CH 24	5
7c	CATETERE VESCICALE SENZA PALLONCINO NELATON IN PVC OPACO DA CH 6 A CH 24	5
8	CATETERE VESCICALE SENZA PALLONCINO COUVELAIRE IN PVC DA CH 18 A CH 24	5
9	CATETERE VESCICALE PER CATETERISMO NON AUTOLUBRIFICANTE SENZA	///



**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

	PALLONCINO NELATON IN PVC TRASPARENTE	
9a	CATETERE VESCICALE SENZA PALLONCINO NELATON IN PVC CM. 20 DA CH 10 A CH 18	20
9b	CATETERE VESCICALE SENZA PALLONCINO NELATON IN PVC CM. 40 DA CH 10 A CH 18	20
9c	CATETERE VESCICALE SENZA PALLONCINO TIEMANN IN PVC CM. 40 DA CH 8 A CH 18	20
10	CATETERE DUFOUR A TRE VIE IN LATTICE RIVESTITO	///
10a	CATETERE DUFOUR A TRE VIE CON PALLONCINO DA 30 A 50 ML	10
10b	CATETERE DUFOUR A TRE VIE CON PALLONCINO DA 60 A 80	10
11	CATETERE DUFOUR A TRE VIE IN SILICONE O ALTRO MATERIALE TOTALMENTE LATEX-FREE	///
11a	CATETERE DUFOUR A TRE VIE CON PALLONCINO DA 30 A 50 ML	5
11b	CATETERE DUFOUR A TRE VIE CON PALLONCINO DA 60 A 80 ML	5
12	CATETERE PER NEOVESCICA A DUE O TRE VIE PER DRENAGGIO POST-OPERATORIO	5
13	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE PVC CONNESSIONE LUER-LOCK LUNGHEZZA CM. 20/40 CIRCA DA CH 10 A CH 14	///
13a	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE PVC CONNESSIONE LUER-LOCK LUNGHEZZA CM. 20 CIRCA DA CH 10 A CH 14	10
13b	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE PVC CONNESSIONE LUER-LOCK LUNGHEZZA CM. 40 CIRCA DA CH 10 A CH 14	10
14	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE IN PVC PER CATETERISMO INTERMITTENTE LUNGHEZZA CM. 20/40 CIRCA DA CH 10 A 18 CH	///
14a	CATETERE PUNTA NELATON AUTOLUBRIFICANTE IN PVC PER CATETERISMO INTERMITTENTE LUNGHEZZA CM. 20 CIRCA DA CH 10 A CH 18	20
14b	CATETERE PUNTA NELATON AUTOLUBRIFICANTE IN PVC PER CATETERISMO INTERMITTENTE LUNGHEZZA CM. 40 CIRCA DA CH 10 A CH 18	20
14c	CATETERE PUNTA TIEMANN AUTOLUBRIFICANTE IN PVC PER CATETERISMO INTERMITTENTE LUNGHEZZA CM. 40 CIRCA DA CH 10 A CH 18	20
15	CATETERE PER URETEROCUTANEOSTOMIA CON ALETTE	5
16	TAPPO PER CATETERE	20
17	CLAMP STRINGITUBO	20
18	VALVOLA CATETERICA	20
19	SONDA RETTALE	20
20	SISTEMA INCONTINENZA FECALE (tipo flexi seal)	///
20a	SONDA INCONTINENZA FECALE	3
20b	SACCA DI RACCOLTA FECALE	20
21	SONDA DI BLAKEMORE	2
22	SET PER CATETERISMO VESCICALE	20
23	SET PER CATETERISMO ESTEMPORANEO	20
24	CATETERI PER URODINAMICA	///
24a	CATETERE PER CISTOMANOMETRIA PUNTA DRITTA	3
24b	CATETERE PER CISTOMANOMETRIA PUNTA CURVA	3
24c	CATETERE RETTALE PER MISURAZIONE PRESSIONE ADDOMINALE	3
25	CATETERI AD ARIA COMPLESSA PER URODINAMICA	///
25a	CATETERE PER CISTOMANOMETRIA PUNTA DRITTA	3
25b	CATETERE PER CISTOMANOMETRIA PUNTA CURVA	3
25c	CATETERE RETTALE PER MISURAZIONE PRESSIONE ADDOMINALE	3
25d	TRASDUTTORE DI PRESSIONE PLURIUSO CABLATO	2
26	CANDELETTA URETRALE	10
27	GUAINA URINARIA PER INCONTINENZA IN SILICONE	20
28	GUAINA URINARIA PER INCONTINENZA IN LATTICE	20
29	GUAINA URINARIA PER INCONTINENZA IN SILICONE FISSAGGIO ADESIVO	20
30	SONDA DUODENALE DI LEVIN	20
31	SONDA DI ALIMENTAZIONE IN POLIURETANO ADULTI	20
32	SONDA PER LAVANDA GASTRICA	20
33	KIT PER LAVANDA GASTRICA	5

PR


PR

OR

PR

MB





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

34	SONDA DI CALIBRAZIONE GASTRICA	5
35	SONDA NASO-GASTRICA TIPO SALEM	10
36	SONDA PER TEMPERATURA ESOFAGEA/RETTALE	5
37	CATETERE FOLEY PER TEMPERATURA VESCICALE	5
38	DISPOSITIVO MONOUSO PER RILEVAZIONE PRESSIONE ADDOMINALE	5
39	SACCA RACCOLTA LIQUIDI BIOLOGICI NON STERILE	20
40	SACCA RACCOLTA URINA SVUOTABILE NON STERILE	20
41	SACCA RACCOLTA URINA DA GAMBA A CIRCUITO CHIUSO NON STERILE	///
41a	SACCA RACCOLTA URINA DA GAMBA A CIRCUITO CHIUSO NON STERILE CON TUBO DI RACCORDO CM. 10	20
41b	SACCA RACCOLTA URINA DA GAMBA A CIRCUITO CHIUSO NON STERILE CON TUBO DI RACCORDO CM. 30	20
42	SACCA RACCOLTA URINA DA GAMBA A CIRCUITO CHIUSO STERILE	///
42a	SACCA RACCOLTA URINA DA GAMBA A CIRCUITO CHIUSO STERILE CON TUBO DI RACCORDO CM. 10	20
42b	SACCA RACCOLTA URINA DA GAMBA A CIRCUITO CHIUSO STERILE CON TUBO DI RACCORDO CM. 30	20
43	SACCA RACCOLTA URINA PEDIATRICA STERILE	20
44	SACCA RACCOLTA URINA PREMATURI STERILE	20
45	SISTEMA RACCOLTA URINA A CIRCUITO CHIUSO STERILE	20
46	SACCA RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI A CIRCUITO CHIUSO STERILE CAPACITA' 12.000/14.000 ML.	20
47	SACCA RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI A CIRCUITO CHIUSO STERILE CAPACITA' 5.000/8.000 ML.	10
48	SISTEMA CHIUSO PER LA MISURAZIONE DELLA DIURESIS ORARIA STERILE PER ADULTI	10
49	SISTEMA CHIUSO PER LA MISURAZIONE DELLA DIURESIS ORARIA STERILE PEDIATRICO	5

Nel quantitativo richiesto è incluso anche un pezzo per ogni singolo lotto da non utilizzare nelle prove pratiche e da conservare agli atti per ogni eventuale contestazione degli utilizzatori nel corso della fornitura.

La campionatura dovrà essere gratuita ed in confezione originale. L'etichetta apposta deve essere in originale, inoltre dovrà essere presentato il foglio illustrativo, qualora previsto.

La campionatura dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento, i fogli illustrativi, le etichette e la marcatura di conformità CE.

La campionatura, che rimarrà di proprietà della Stazione Appaltante, dovrà essere corredata da regolare documento di accompagnamento o da elenco descrittivo dei prodotti campionati, redatto su carta intestata della società offerente.

La campionatura assente o non rispondente a quanto richiesto sarà motivo di esclusione dell'offerente dalla valutazione dell'offerta.

In sede di valutazione tecnica la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campionature per eventuali prove tecniche aggiuntive.

La campionatura dei prodotti offerti dal Soggetto offerente che risulterà aggiudicatario della fornitura costituirà, inoltre, parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell'intera fornitura.

Il collo dovrà riportare all'esterno, ben visibile, la dicitura "**CAMPIONATURA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SONDE, CATETERI E DISPOSITIVI RACCOLTA URINE**", indicando chiaramente e precisamente i numeri dei lotti presenti all'interno. I campioni devono essere necessariamente confezionati per singolo lotto, con indicazione sull'involucro del riferimento del lotto cui corrispondono.

Per i prodotti per i quali sono indicate varie misure si chiede di fornire la campionatura di misure centrali rispetto alla gamma prevista.

*[Handwritten signatures and initials]*





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### Imballaggio

L'imballaggio deve essere gratuito, a perdere, robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce che al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.

Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- Contrassegno della Società aggiudicataria e denominazione e indirizzo dell'Azienda produttrice, se non coincidente;
- Nome e descrizione del prodotto;
- Quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Società aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 2 (due) giorni dal ricevimento della segnalazione.

### Consegna

Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun ordinativo di fornitura delle Aziende contraenti, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto dello stesso con le modalità indicate del Capitolato Speciale di gara e nel presente articolo.

I prodotti consegnati dovranno possedere tutti i requisiti dei campioni e delle schede tecniche presentate in sede di offerta.

Firma dei componenti del Nucleo Tecnico

Dott.ssa Paola Allegri - A.S.L. VCO

Dott. Gianluca Mastroprimiano - A.S.L. VC

Dott.ssa Cristina Rossi - A.S.L. NO

Dott.ssa Isabella Marone - A.S.L. BI

Dott.ssa Noemi Bacchini - A.S.L. AOU NO



