



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
S.O.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
S.O.S. TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Sede legale: Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 868175

e-mail: segreteria.logistica@aslvco.it

Avviso consultazione preliminare di mercato
ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di
CATETERI VENOSI

Si rende noto che l'A.S.L. V.C.O. di Omegna, in qualità di Stazione Appaltante per l'intera A.I.C. n. 3, intende avviare una procedura volta all'affidamento della fornitura dei seguenti cateteri venosi:

LOTTO 1

PICC GROSHONG RESISTENTE AGLI ALTI FLUSSI ED ALLE ALTE PRESSIONI, SINGOLO LUME

Catetere venoso centrale ad inserimento periferico, resistente alle infusioni ad alta pressione, in silicone a punta chiusa con valvola distale Groshong, completo di sistema per la conferma della punta tramite navigazione magnetica e metodo ECG (con stiletto Sherlock).

Codici richiesti:

- 4 Fr, lunghezza 60 cm. cod. CK000516 kit completo
- 5 Fr, lunghezza 40 cm. cod. CK000517 kit complete
- 5 Fr, lunghezza 45 cm. cod. CK000518 kit complete
- 5 Fr, lunghezza 55 cm. cod. CK000519 kit complete

LOTTO 2

SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE POWERPORT ISP, VALVOLATO PER ALTI FLUSSI E RESISTENTE ALLE ALTE PRESSIONI

Sistema totalmente impiantabile in titanio e/o plastica a profilo intermedio con catetere venoso centrale valvolato Groshong 8 Fr in silicone.

Codici richiesti:

- Powerport in titanio – Catetere Groshong 8 Fr con fori per sutura riempiti in silicone cod. 8708560 kit completo





- Powerport in titanio – Catetere Groshong 8 Fr con fori per sutura vuoti cod. 8708561 kit completo
- Powerport in plastica Delrin – Catetere Groshong 8 Fr con fori per sutura riempiti in silicone cod. 8808560 kit completo
- Powerport in plastica Delrin – Catetere Groshong 8 Fr con fori per sutura vuoti cod. 8808561 kit completo

Lotto 3

CATETERE POWER PICC SOLO

Catetere in poliuretano con valvola integrata nel catetere (incorporato in un pezzo unico non removibile), che garantisca il minor reflusso di sangue all'interno del catetere, radio opaco con marcatura centimetrata sull'intera lunghezza del catetere, di classe III secondo la normativa vigente in termini di DM, resistente alle alte pressioni, testato con tutti i mezzi di contrasto e con flussi non inferiori a 4 ml/sec, dotato di sistema di tip navigation e tip location della punta del catetere mediante ECG intracavitario.

Indicato per somministrazioni a breve e/o lungo termine di farmaci, emoderivati, NPT, prelievi ematici, infusioni di mezzo di contrasto, monitoraggio della pressione venosa centrale.

Misure richieste:

- 4 Fr monolume cod. 2194108
- 5 Fr bilume cod. 2295108
- 6 Fr trilume cod. 2396108

Lotto 4

CATETERE VENOSO AD INSERIMENTO PERIFERICO MIDLINE GROSHONG

La fornitura deve comprendere:

1. Catetere in silicone, monolume con valvola integrata nel catetere, radiopaco con marcatura centimetrata sull'intera lunghezza del catetere Misure 4 Fr, lunghezza di 25 cm cod. 7715435CE
2. Kit di microintroduzione cod. 6688945
3. Kit di riparazione cod. 7812400CE

Il presente avviso costituisce consultazione di mercato, finalizzata a constatare la presenza o meno di Operatori Economici in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente, ponendo a verifica pubblica l'eventuale esclusività nella commercializzazione dei prodotti di interesse, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti)



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Per l'espletamento della corrente "Consultazione di mercato", ci si avvale, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, della piattaforma SINTEL. Gli Operatori Economici, in grado di fornire i prodotti indicati nella sopra indicata tabella, dovranno inserire nel sistema telematico le proprie manifestazioni di interesse redatte su apposito modello "Allegato A)", accluso al presente avviso, entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 16/03/2026 accedendo all'indirizzo www.ariaspa.it.

I riscontri alla predetta consultazione dovranno essere corredati di:

- schede tecniche conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 79 del D.Lgs. 36/2023;
- eventuale dichiarazione di esclusività;
- relazione in merito alla fornitura, alla effettiva disponibilità dei prodotti ed ai prevedibili tempi di consegna.

Non dovranno essere presentati offerta economica o preventivi relativi alla fornitura di cui trattasi.

Omegna, 2 marzo 2026

Il Direttore della S.O.C.
Logistica e Servizi Informatici
Dr. Andrea Chiodi

Tratta la pratica:
Sig.ra Sonia Sogni
0323-868152