

ASL del VCO
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE

ALLEGATO A) *Atta deliberazione n. 436* DEL 26 NOVEMBRE 2014
VERBALE ISPETTIVO N. 29 /2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno 20 del mese di **novembre** dalle ore 9,00 i
sottocritti:

NOMINATIVI	A S	P R	QUALIFICA
Dott. Elena BARBERO		X	Presidente Commissione, Direttore S.C. Medicina Legale
Dott. Silvia CASELLI		X	Dirigente S.O.C. I.S.P.
Dott. Caterina MODAFFERI		X	Direttore Distretto Verbania
Dott. Pasquale TOSCANO		X	Dirigente S.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera
Per. Ind Maurizio PAGLIARI		X	Funzionario della S.C. GITB

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO- rinnovata dal Commissario del Verbano-Cusio-Ossola con deliberazione n. 183 del 07.04.2011, hanno effettuato apposito sopralluogo presso AMBULATORI Istituto Auxologico di Piancavallo, sede di Verbania, allo scopo di procedere agli accertamenti amministrativi ai sensi della vigente normativa.

Per la struttura sono presenti i signori:

DIRETTORE SANITARIO	Dott. Alfredo Di Rocco
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott. Matteo Raimondi
RESPONSABILE UFF. AFF. LEGALI	Dott.ssa Antonella Sorgente

luc *[signature]* *[signature]* *[signature]* *[signature]* *[signature]*

GENERALITA' DEL PRESIDIO


Denomina- zione Istituto Auxologico di Piancavallo **AMBULATORI**
Via/Piazza Corso Mameli **n. 199**
Comune di VERBANIA **Tele- fono** 0323/ 514641
Natura giuridica IRCCS
Data ultimo sopralluogo della Commis- sione 24 maggio 2013

Tipologia struttura (secondo il programma di adeguamento presentato dall'Amministrazione del Presidio):

SOPRALLUOGO del 24.05.2013/OTTEMPERANZE al 20 novembre 2014

Si da atto:

- che le verifiche periodiche controllate in corso di precedente sopralluogo non sono giunte a scadenza (e quindi sono valide)
- che alcuni DPP presenti in radiologia sono sprovvisti di marcatura CE a norma di legge ► rimuoverli ► OTTEMPERATO
- l' uscita di sicurezza dalla Risonanza Magnetica è ingombrata ► provvedere a renderla agibile ► OTTEMPERATO
- sono state visionate a campione 8 cartelle di fisioterapia ambulatoriale: si sono evidenziate delle incongruenze fra il codice di disabilità e la codifica ICDM della patologia ► provvedere alla corretta codifica delle schede onde consentire equità di accesso alla utenza ► OTTEMPERATO



SOPRALLUOGO del 20.11.2014/ RILIEVI E PRESCRIZIONI

- a) sono state visionate a campione tre cartelle ambulatoriali di fisioterapia: non vi sono rilievi
- b) Il Direttore Sanitario precisa che a seguito di accordi con i Distretti e con la SOC RRF della ASL, a partire dalla metà di settembre 2014 quindicinalmente vengono trasmesse alla Responsabile della SOC RRF le Proposte di Percorso Riabilitativo Individuale, unitamente alle impegnative del medico curante. Al momento non vi sono stati rilievi da parte della ASL.
- c) Si è presa visione del DVR, revisionato nel corso dell'anno 2014
- d) Si è presa visione del Registro degli Ausili Antincendio che risulta regolarmente compilato e del verbale di verifica biennale degli ascensori effettuata in data 27.11.2014

Si da atto che la Direzione della Struttura Poliambulatoriale di Villa Caramora (Istituto Auxologico di Piancavallo), prima del sopralluogo consegna tutta la documentazione inerente le verifiche strutturali, degli impianti, pianta organica, ecc. che viene verificata e corrisponde ai requisiti richiesti.

La CVS non ha prescrizioni da impartire

L'ispezione termina alle ore ... **10.00**

Il presente verbale viene chiuso il giorno 20.11.2014

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Dott.ssa Elena BARBERO
Dott. Pasquale TOSCANO
Dott.ssa Silvia CASELLI
Dott.ssa Caterina MODAFFERI
Per.Ind. Maurizio PAGLIARI

